



CICLOERGOMETRO RUN1400/T CYCLE-ERGOMETER RUN1400/T		
Larghezza	*Width*	53 cm
Lunghezza	*Lenght*	110 cm
Altezza	*Height*	130 cm
Massa	*Weight*	60 kg

CE
1936

Specifiche tecniche	Technical specifications
▪ Monitor 10.1” touch screen resistivo	▪ *10.1” touch screen monitor resistive*
▪ PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, S.O. Linux	▪ PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, O.S. Linux
▪ Porta RS232/USB (virtual RS232) opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Ergoline (compatibile con ECG Amedtec, Beneware, BTL, CardioFlex, CardioLex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, GE/Vyaire, Imed-Cardiax, Kardiosis, Labtech, Neurosoft, Norav, Schiller, Teka, XScribe Mortara, Lumed, Pulse Biomedical (Mod. PBI QRS-Card), ST80i Philips)	▪ *Opto-isolated digital interface RS232/USB (virtual RS232) for connection to ECG via the Ergoline protocol (compatible with ECG Amedtec, Beneware, BTL, CardioFlex, CardioLex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, GE/Vyaire, Imed-Cardiax, Kardiosis, Labtech, Neurosoft, Norav, Schiller, Teka, XScribe Mortara, Lumed, Pulse Biomedical (Mod. PBI QRS-Card), ST80i Philips)*
▪ Resistenza 0-1400 Watt costanti	▪ *Resistance 0-1400 Watt constant*
▪ Variazione elettronica dello sforzo	▪ *Electronic variation of effort*
▪ Freno elettrodinamico controllato da computer con misurazione della coppia dipendente o indipendente dal numero dei giri	▪ *Computer-controlled eddy current brake with torque measurement speed independent or dependent by RPM*
▪ Sistema di retroazione frenata con cella di carico	▪ *Braking load cell feedback system*
▪ Alimentatore 100-240V~ 50-60 Hz 1.6-0.7A	▪ *Electric power supply 100-240V~ 50-60 Hz 1.6-0.7A*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it

Specifiche tecniche	Technical specifications
▪ Trazione a catena	▪ *Chain traction*
▪ Velocità 3-130 RPM	▪ *Speed 3-130 RPM*
▪ Visualizzazione tramite scala colorata di led delle pedalate (RPM) dal lato opposto al display nel guscio consolle	▪ *Led colored scale of pedaling (RPM) across to the display in the shell console*
▪ Incremento sforzo 1 Watt	▪ *Effort increasing 1 Watt*
▪ Accesso facilitato per l'utente	▪ *Easy accessibility for user*
▪ Sella regolabile in altezza per stature da 120 cm a 210 cm	▪ *Saddle height continuous adjustment for patients between 120 cm and 210 cm tall*
▪ Peso massimo dell'utente 180 kg	▪ *Max user's weight 180 kgs*
▪ Conforme al regolamento MDR 2017/745	▪ *Compliant with MDR 2017/745*
▪ Compatibilità con fascia toracica Polar[1] H7, H9 e H10 BLE (Bluetooth Low energy) attraverso dongle certificato **non fornite dal fabbricante**	▪ *Compatibility with chest belt Polar[1] H7, H9 and H10 BLE (Bluetooth Low energy) by certified dongle **not supplied by manufacturer***
Componenti di serie	***Standard accessories***
▪ Ruote per lo spostamento	▪ *Wheels for movement*
▪ Dotazione di servizio	▪ *Service equipment*
▪ Cavo di alimentazione	▪ *Power cable*
▪ Cavo USB	▪ *USB cable*
▪ Manubrio regolabile 360°	▪ *360° adjustable handlebar*
▪ Consolle girevole 180°	▪ *180° swivelling console*
Componenti aggiuntivi	Optional accessories
▪ Sella regolabile orizzontalmente	▪ *Adjustable saddle in horizontal*
Manutenzione	***Maintenance***
▪ Non richiesta. Si consiglia la taratura annuale della cella di carico dalla consolle come descritto nel manuale d'uso / manutenzione	▪ *Not required. Braking load cell check is recommended every year as written in the user's / maintenance manual*
Funzioni della consolle	**Console functions**
▪ Uso Remoto tramite seriale RS232/USB	▪ *Remote use by RS232/USB interface*
▪ Manuale, Tempo, Distanza, Calorie decrescenti	▪ *Manual use, decreasing Time, distance and calories*
▪ 100 Profili Liberi	▪ *100 Free Profiles*
▪ Test 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Ramp, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, 01…109 test impostabili.	▪ *Test 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Ramp, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, settable test 01….109*

[1] La fascia Polar, può essere utilizzata esclusivamente in aggiunta dell'ECG / *The Polar chest belt can only be used in addition to the ECG*

Runner Srl
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 58447
www.runneritaly.it, runner@runneritaly.it